



tl cf Kk ddv KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 4 Vol. IV	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	2015 ഫെബ്രുവരി 10 10th February 2015 1190 മകരം 27 27th Makaram 1190 1936 മാഘം 21 21st Magha 1936	നമ്പർ No.	6
---------------------	---	---	--------------	---

PART III

Stores Purchase

Agriculture Department

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ടിബി(3)8802/2013.

2015 ജനുവരി 5.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ, മലപ്പുറം, സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ/പരീക്ഷണ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. Thermostatically controlled water circulating system for the Refractometer (Refrigerated circulating bath - digital) Machine brand - Equitron model 8506 — 1 No.
2. Thermometer for the refractometer available in the lab — 1 No.
3. Mixer Grinder — 1 No.
4. Tintometer/colourimeter for colour comparison — 1 No.
5. Physical balance — 1 No.

6. IV Flask 500 ml capacity — 6 Nos.
7. Buchner Flask (wide mouthed) 1 L — 1 No.
8. Retort Rings 3" — 10 Nos.
9. Draining stand — 1 No.
10. Test tube stand — 1 No.
11. Tilt measure-1 ml, 2 ml, 5 ml and 10 ml capacity — 1 each
12. Tilt measure 4 with flask 50 ml & 100 ml — One each
13. Haemocytometer for honey — 1 No.
14. Bunsen Burner - 1/2" dia — 6 Nos.
15. Centrifuge tube - 15 ml (non breakable with cap-fiber) — 8 Nos.
16. TLC Plates Aluminium precoated with silica Gel 60, 0.2 mm thick 20 X 20cm size (Merck) — One Packet
17. UV Spectrophotometer for analysis of honey, Ground spices and curry power

Specifications

UV Visible Spectrophotometer (double beam)

Wave length range—200-800nm

Wave length accuracy— ± 1 0.5 nm

Photometric range—0.3 to 2.0 A (absorbance)

Stray light (AFPM)—less than 0.1 % T (Transmittance)

Scan speed—maximum 1000 nm/minute

Detector-Band pass less than 2 nm photo metric drift—0.0003 Abs Inter phase with PC through PC I port

Light Source—Auto change over

Deuterium and Tungsten halogen lamp

Wave length Calibration

Automatic built in UV software

1. Spectrum scanning
2. Measurement—Abs/percentage transmittance/conceal
3. Automatic wave length calibration
4. Zooming
5. Overlay function of multiscan
6. NIFT (certified holmium reference filter)

Accessories

1. Cell holder for 10mm. and 20 mm cell
2. 2 pairs of Quartz cuvettes—10 mm
3. 1 pair of Quartz cuvettes—20 mm
4. 2 pairs of glass cuvettes—10 mm
5. 3 KVA UPS for back up—30 minutes
6. Standard Pentium 4 with coloured monitor and operating software

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ 19-2-2015-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ 19-2-2015-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 19-2-2015-ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറുടെയോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ടെണ്ടർ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്.
2. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യമായി ` 39,750 പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ, മലപ്പുറം (Payable at S. B. T. Civil Station Branch) എന്ന പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
3. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ` 1,500 + വിൽപ്പന നികുതി ആയിരിക്കും.
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോമിന് വില ` 750 + വിൽപ്പന നികുതി ആയിരിക്കും.
4. പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ, പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസ്, മലപ്പുറം (പി.ഒ.), മലപ്പുറം ജില്ല-676 505 എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും കവറിനു പുറത്ത് “ടിബി (3) 8802/13

പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് അശ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബിന് ഉപകരണങ്ങൾ/പരീക്ഷണ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിനോടൊപ്പം ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ ഉള്ളടക്കം ചേയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ടെണ്ടറുകൾ നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

5. ടെണ്ടറിൽ ഉപകരണങ്ങൾ/പരീക്ഷണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ വില അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ കൃഷി ഡയറക്ടറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ടെണ്ടർ താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ/പരീക്ഷണ സാമഗ്രികൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് (ലാബിൽ) എത്തിച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്.
6. സ്റ്റേറ്റ് അശ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബിൽനിന്നും നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗുണനിലവാരം/അളവ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം മാത്രമേ ഉപകരണ/പരീക്ഷണ സാമഗ്രികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
7. ഈ ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിന് 31-3-2015 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
8. ടെണ്ടറുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ അംഗീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
9. നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും.
10. ടെണ്ടർ ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതാണ്.

പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറുടെ (ഒപ്പ്)
കാര്യാലയം, മലപ്പുറം. പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ.